EDELVAISS® : QUEL IMPACT SUR LES PRATIQUES DE PERFUSION ET LA SANTÉ DES NOUVEAU-NÉS?

J. MENNETREY – V. SUCHAIL-DRUTEL - Dr S HAÏS

Néonatalogie et Réanimation néonatale

Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon

HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

NOTIONS D'HYDRAULIQUES APPLIQUÉES À LA PERFUSION :

**NOTION VOLUME RÉSIDUEL OU ESPACE MORT,
DÉFINITION , ILLUSTRATION**

**NOTION ESPACE COMMUN,
DÉFINITION , ILLUSTRATION**

ESPACE MORT OÙ EST-IL ?

SYMPOSIUM DORAN 10 DÉCEMBRE 2021

VOLUME COMMUN ZONE DE MELANGE OU EST-ELLE ?

CONGRÈS
SFN-JFRN
Société Française de Néonatalogie
Association des Pédiatres de la Croix-Rouge
2021

Néonatalogie et Réanimation Néonatale – Hôpital de la Croix-Rouge

ROBINET, RAMPES, TOUT AUTRE SYSTÈME SANS VALVE ANTI RETOUR = POSSIBILITÉ DE REFLUX

Reflux

- La quantité de médicament délivrée n'est plus celle qui est supposée être administrée
- Nécessité de valve anti retour,
 1. limiter les reflux,
 2. Stabiliser les débits

L' espace mort induit :

1. un retard d'administration de médicament.
2. une perte de médicament.

L' espace commun induit :

1. Une déstabilisation des débits,
2. Des retards d'administration
3. Des bolus
4. Des risques liés aux interactions médicamenteuses
5. Des reflux en l'absence de valve anti-retour

**Nécessaire de : Maitriser les espaces morts
Minimiser les espaces communs.**

PERFUSION EN NEONAT

QUELS PROBLÈMES ? QUELLES DIFFICULTÉS ?

CONNEXION/DECONNEXION EN MILIEU A HAUTS RISQUES

- Travail dans l'incubateur
- Asepsie difficile
- Exposition des nouveaux nés aux vapeurs des antiseptiques

ANATOMIE DU SYSTÈME EDELVAISS®

L'INNOVATION DE TROIS ÉLÉMENTS INDISSOCIABLES :

1. EDELVAISS MULTILINE NEO® INVENTION FRANÇAISE BREVETS INTERNATIONAUX
2. EDELVAISS ESCAPE LINE® INVENTION FRANÇAISE BREVETS INTERNATIONAUX
3. UNE FORMATION QUALIFIANTE OBLIGATOIRE INTEGRÉE

SYMPOSIUM DORAN 10 DÉCEMBRE 2021

LES BÉNÉFICES DE MULTILINE-NÉO® DANS LE SYSTÈME EDELVAISS®

MULTILINE-NÉO®

REFLUX IMPOSSIBLE

● 8 ACCES CLOS ANTIRETOURS

CONNEXIONS/DÉCONNEXIONS EN MILIEU CONTRÔLÉ

Ergonomie optimisée

7 Accès regroupés hors incubateur

Un usage jusqu'à 21 jours

Application d'une solution pendant 30sec avant connexion, après déconnexion.

ESPACES MORTS FIXES ET OPTIMISÉS

● Voies 1-2-3-4 = VR 0.60 ml
Unidirectionnelle

● Voie HF = VR 4.50 ml
Unidirectionnelle

● Voies annexes L= VR 0.40 ml
Unidirectionnelle

● Voie annexe S = VR 0.20 ml
Unidirectionnelle

ELIMINATION DE L'ESPACE COMMUN

16

voies annexes (O, O) et la tubulure principale (O) convergent au niveau du Luer terminal.

LES BÉNÉFICES DE L'ESCAPE LINE[®] DANS LE SYSTÈME EDELVAISS

®

ESCAPE LINE : SYSTÈME CLOS DE SÉCURITÉ

1. Annule les effets des Espaces morts
2. Permet de conserver un circuit fermé
3. Permet de gérer les apports inutiles
4. Permet de rincer les espaces morts
5. S'intègre dans les 21 jours d'usage du Multiline NEO

- Valves de sécurité
- Poche de recueil

MULTILINE ESCAPE LINE : SYSTÈME CLOS DE SÉCURITÉ

Flux vers le patient

MULTILINE ESCAPE LINE : SYSTÈME CLOS DE SÉCURITÉ

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION QUALIFIANTE ET OBLIGATOIRE DÉFINIE PAR LE SYSTÈME EDELVAISS[®]

UNE RÉVOLUTION DES PRATIQUES

1. Permet un démarrage lorsque tous sont formés et limite la courbe d'apprentissage
2. Permet de revisiter le protocole général
3. Permet d'harmoniser les pratiques
4. Permet d'exacerber une dynamique de groupe avec l'ensemble des soignants paramédicaux et médicaux
5. Permet d'assurer la traçabilité grâce à une dématérialisation efficace

UNE RÉVOLUTION DES PRATIQUES

1. Prendre conscience des enjeux

1. Accepter que nos pratiques actuelles ne soient pas optimales
2. Repérer les risques des nouvelles pratiques

UNE RÉVOLUTION DES PRATIQUES

1. Prendre conscience des enjeux

1. Accepter que nos pratiques actuelles ne soient pas optimales
2. Repérer les risques des nouvelles pratiques

Réflexion d'équipe soignante
Médicale et Paramédicale

UNE RÉVOLUTION DES PRATIQUES

1. Prendre conscience des enjeux

1. Accepter que nos pratiques actuelles ne soient pas optimales
2. Repérer les risques des nouvelles pratiques

Réflexion d'équipe soignante
Médicale et Paramédicale

2. Décider de nouvelles pratiques standardisées de perfusion

UNE RÉVOLUTION DES PRATIQUES

1. Prendre conscience des enjeux

1. Accepter que nos pratiques actuelles ne soient pas optimales
2. Repérer les risques des nouvelles pratiques

Réflexion d'équipe soignante
Médicale et Paramédicale

2. Décider de nouvelles pratiques standardisées de perfusion

3. Elaborer et Réaliser le plan de formation

1. Formation Doran
2. Mise en pratique

PLAN DE FORMATION

UNE APPROCHE INTÉGRÉE AVEC DORAN

- E-learning
 - Formation Doran
 - Validation par
 - QCS- QCM: règles de sécurité
 - Pratique de la purge
- Formation personnalisée aux pratiques du service

**Validité
6 Mois
Imposée par
DORAN**

UNE RÉVOLUTION DES PRATIQUES

1. Prendre conscience des enjeux

1. Accepter que nos pratiques actuelles ne soient pas optimales
2. Repérer les risques des nouvelles pratiques

Réflexion d'équipe soignante
Médicale et Paramédicale

2. Décider de nouvelles pratiques standardisées de perfusion

3. Elaborer et Réaliser le plan de formation

1. Formation Doran
2. Mise en pratique

4. Accompagner et Suivre la mise en place (recueil des incidents)

ET DANS LA PRATIQUE

RETOUR D'EXPÉRIENCE LYON CROIX-ROUSSE

FORMATION

RETOUR D'EXPÉRIENCE

MÉTHODOLOGIE D'IMPLANTATION

3 infirmières formatrices
1 médecin

1. Recenser toutes les actions pouvant être nécessaires
1^{ère} connexion, Initiation d'un traitement, Arrêt d'un traitement, Réalisation d'une IVL, ...
2. Ecrire les protocoles
3. Concevoir la Formation
 - A. Supports
 - a. De formation
 - b. D'évaluation
 - B. Ateliers de simulation: écriture des scénarios

Octobre 2019

Implantation

Décembre 2019

RETOUR D'EXPÉRIENCE

MÉTHODOLOGIE D'IMPLANTATION

15 médecins
110 IDE- IPDE

- Formation de 10 référents Multiline
(1/ligne de travail)
- Proposition de 8 ateliers dont 6 obligatoires

Implantation

Formation
50% équipe

Octobre 2019

Décembre 2019

RETOUR D'EXPÉRIENCE

MÉTHODOLOGIE D'IMPLANTATION

15 médecins
110 IDE- IPDE

Implantation

Formation
50% équipe

Formation
Reste de l'équipe

Utilisation en routine + Evaluation

Décembre 2019

ET DANS LA PRATIQUE

RETOUR D'EXPÉRIENCE LYON CROIX-ROUSSE

ÉVALUATION

GESTION DES RISQUES

SUIVI EVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ET INCIDENTS

RETOUR D'EXPÉRIENCE SATISFACTION UTILISATEURS

"LES ATELIERS DE SIMULATION M'ONT RASSURÉ"

RETOUR D'EXPÉRIENCE SATISFACTION UTILISATEURS

« INSUFFLATION DYNAMIQUE DE TRAVAIL POSITIF AU SEIN DE L'ÉQUIPE »

SUIVI DES INFECTIONS LIÉES AU CATHÉTER

<32SA
< 1500g
Admis avant J3

Décembre 2018

Novembre 2019

Janvier 2020

Décembre 2020

SUIVI DES INFECTIONS LIÉES AU CATHÉTER

<32SA
 < 1500g
 Admis avant J3

	P1 (n= 169)	P2 (n=153)	p
AG naissance (SA)	28 26-30	28 27-29	0,62
Poids (g)	1025 810-1230	1050 810-1265	0,54
Durée cathéters (jours)	12,1	14,9	0,35

Décembre 2018

Novembre 2019

Janvier 2020

Décembre 2020

SUIVI DES INFECTIONS LIÉES AU CATHÉTER

<32SA
< 1500g
Admis avant J3

Analyse multivariée des Facteurs de risque d'infection sur KT

	OR	IC 95%	p
Période 2	0,12	0,03 – 0,4	< 0,001
AG	0,78	0,62 – 0,98	0,03
RCIU	2,05	0,8 – 5,29	0,14
Durée VVC	1,05	1,02 – 1,07	0,001

--- Néocat 2019

ÉVALUATION COUT EFFICACITÉ DU SYSTÈME EDELVAISS[®] : MULTILINE-NÉO[®] - ESCAPE LINE[®]

	P1 (n= 169)	P2 (n=153)	p
AG naissance (SA)	28 26-30	28 27-29	0,62
Poids (g)	1025 810-1230	1050 810-1265	0,54
Durée cathéters (jours)	12,1	14,9	0,35

<32SA
< 1500g
Admis avant J3

Décembre 2018

Novembre 2019

Janvier 2020

Décembre 2020

ÉVALUATION COUT EFFICACITÉ DU SYSTÈME EDELVAISS[®] : MULTILINE-NÉO[®] - ESCAPE LINE[®]

CALCUL DE L'ICER : DÉFINIR LE SURCOUT À PAYER POUR UNE INFECTION ÉVITÉE

- **Efficience clinique :**
 - Réduction des infections Cf. Faton et *al.* 2021.
- **Efficience économique :**
 - Médicaments des infections sur cathéter
 - Dispositifs de perfusion
 - Actes de biologie diagnostic des infections sur cathéter

ÉVALUATION COUT EFFICACITÉ DU SYSTÈME EDELVAISS[®] : MULTILINE-NÉO[®] - ESCAPE LINE[®]

251€ économisés pour une infection évitée

montage en P1 fait de robinets 3 voies et de prolongateurs : montage très peu onéreux, l'économie sera d'autant plus significative avec des montages initiaux plus onéreux.

Bootstrap of multivariate analysis. green point= central ICER estimate, blue= 95% confidence interval ellipse

CONCLUSION

Un travail d'équipe qui rapporte sans coûter plus

- Une révolution de la perfusion complexe pour les patients.
 - Sécurisation de l'administration intraveineuse
- Bénéfice sur infections liées au cathéter.
- Une révolution positive pour les équipes:
 - Une approche médico infirmière
 - Appropriation de la simulation en soins infirmiers

MERCI

ET DANS LA PRATIQUE

RETOUR D'EXPÉRIENCE LYON CROIX-ROUSSE

PROTOCOLISATION

AVOIR DES PROTOCOLES POUR TOUTES LES SITUATIONS POSSIBLES EN PRATIQUE COURANTE ET EXCEPTIONNELLE

- Asepsie
- Gestion des injectables IVL, IVD et IVC
- 1^{ère} connexion à un CVO
- 1^{ère} connexion à un KT épicutanéocave ou une VVC
- Changement de la poche de purge
- Changement du multiline à J21
- Si VVC multi lumière
- Cas particulier du CAO
- Opacification de la voie après connexion
- Quand 1 multiline ne suffit pas
- Au bloc

ASEPSIE

Chlorhexidine
alcoolique 2%

30 secondes de décontamination par friction puis temps de séchage spontané

AVANT et APRES
chaque
déconnexion

POINTS CLES

Utilisation obligatoire de seringue Luer-Lock

- ❖ Sur le Multiline Néo
 - ❖ Pas d'utilisation de seringue < 20 ml sur les Voies HF, 1 à 4 et les voies annexes
 - ❖ Utilisation de seringue de 10 ml admise pour rinçure SEULEMENT car injection dans la poche de purge
- ❖ Sur l'accès diptyque, possibilité d'utiliser des seringues plus petites, injection douce

GESTION D'UNE IV CONTINUE

- Une à une
- Toujours faire perler
- Se questionner pour chaque traitement:
 - **Instauration d'un nouveau traitement**
 - Changement de concentration**
 - Arrêt de médicament**

Purge

- **Renouvellement:**
Pas de Purge

GESTION D'UNE IV LENTE

GESTION D'UNE IV LENTE

GESTION D'UNE IV LENTE

GESTION D'UNE IV LENTE

GESTION D'UNE IV LENTE

Rinçage de la voie

GESTION D'UNE IV LENTE

A LA FIN DE LA PROCEDURE

A LA FIN DE LA PROCEDURE

LES CHANGEMENTS

Le Multiline et la Voie de purge
SUR DECISION MEDICALE, tous les 21 jours

SUR DECISION MEDICALE, tous les 21 jours

La poche de purge et le diptyque
TOUS les 7 jours

TOUS les 7 jours

1^{ÈRE} CONNEXION

Les grands principes sur cathéter veineux ombilical

Pose classique du CVO par le médecin avec un robinet standard

La purge du Multiline se fait à 2 I(P)DE, en stérile en même temps que la pose du cathéter

Le médecin,

- Fixe le cathéter ombilical avec un strip
- Laisse le robinet 3 voies connecté au CVO avec une seringue remplie de NaCl 0,9%
- Laisse le champ stérile en place

**Pas de
retard de
PEC**

1^{ÈRE} CONNEXION

Les grands principes sur microcathéter

Pose classique du microcathéter par le médecin

Après le pansement, le médecin,

- Connecte une seringue d'un soluté d'attente branché à 1ml/h
- Laisse le champ stérile en place

La purge du Multiline se fait couveuse fermée, à 2 I(P)DE, en stérile après la pose du cathéter (changement de gants et de champ de table)

THERMOREGULATION

OPACIFICATION DU MICROCATHETER

Sur Prescription Médicale dans ICCA

Masque chirurgical, Gants stériles

0,7ml sur accès Diptyque

Injection douce (pas de flush)

Les IV Continues, l'APT, etc... sont en marche

OPACIFICATION DU MICROCATHETER

Sur Prescription Médicale dans ICCA

Situation avec Insuline
Situation avec Insuline

Sur **prescription médicale** (et selon les situations)

1. Arrêt de l'insuline 30 minutes avant l'opacification
2. Reprise au débit prescrit à l'issue de l'opacification

SI CVO DOUBLE LUMIÈRE

Robinet sur la **voie proximale**
=> *prélèvement possible*

SUR CAO

JAMAIS de Multiline Neo ...
... mettre un (des) robinet(s)

MAIS AUSSI QUELQUES FAITS ...

EN 20 MOIS ET APRÈS 753 MULTILINE NÉO[®] MIS EN PLACE

- Occlusion de cathéter épicutanéocave:
 - Aucune depuis 2020
 - /!\ pas de Bicarbonate 4,2%, de Phénytoïne
- Bumétanide ± Midazolam ± Dobutamine sur la même voie
- 4 chirurgies complexes (ligature canal, hémopéritoine)
 - Sédation et Amines via le Multiline Néo[®]